

Online-Nachforderung via LAURIS

- Ab sofort können **Nachforderungen direkt in LAURIS** vorgenommen werden.
- Dies kann in Abhängigkeit von Test und Material **längstens bis zu 8 Stunden nach Probeneingang** im Labor erfolgen.
- Es sind zunächst nur **ausgewählte Tests** welche auf der Laborautomation abgearbeitet werden nachforderbar.
- LAURIS ist nicht in der Lage zu prüfen, ob das vorhandene **Material** für die gewünschte Analyse **ausreichend** ist.
- Durch eine Nachforderung zu einem Auftrag kann **keine neue Probe** generiert und kein neues Etikett mehr gedruckt werden

Auftrags-Erfassung

Datenbank: PRODUKTIV
Benutzer: SSCGI
Arbeitsplatz: KLINICHEM_CF6C **DEBUG**
Einsender: KCH-L-ZENT
Funktionen:

Bestimmung suchen

Wechseln zu:

- Hauptmenü [F4]
- Patientenverwaltung [F3]
- Auftrags-Erfassung [F6]
- Auftrags-Ablage [F7]
- Befund-Ansicht [F8]

Arbeit unterbrechen:


- Programm sperren [F12]
- Programm beenden [Alt-F4]

SWL Testpatient1 mit langem Namen, Test-Patient-mit-Bindestrich, 12.07.1945, W 68

Patientenauswahl Vorlage Bestimmungen Vorwerte

Bestimmungsauswahl	Auftrag	Vorwert	Datum	Status
Gesamtkatalog Zentrallabor Gießen	Gesamtkatalog Zentrallabor Gießen	Auftrag 62017262	28.10.2013	offen
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Akute Lebensgefahr! <input type="checkbox"/> Probenentnahmezeitpunkt <input type="checkbox"/> Sonstige Angaben zum Auftrag <input type="checkbox"/> Sonstige Analysen <input type="checkbox"/> Material infektiös <input type="checkbox"/> Sammeldauer Urin <input type="checkbox"/> Urinmenge (ohne Tausender-Tr) <input type="checkbox"/> Urin-Abnahme-Information <input type="checkbox"/> Größe (Patient) <input type="checkbox"/> Gewicht (Patient) <input type="checkbox"/> Blutgase <input type="checkbox"/> Klinische Chemie <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Natrium [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Kalium [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Chlorid [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Calcium [HP] <input type="checkbox"/> Magnesium [HP] <input type="checkbox"/> Eisen [HP] <input type="checkbox"/> Chrom [Fremdlabor] <input type="checkbox"/> Anorg.Phosphat [HP] <input type="checkbox"/> Kreatinin [HP] <input type="checkbox"/> Harnstoff [HP] <input type="checkbox"/> Harnsäure [HP] <input type="checkbox"/> Glucose [HP] <input type="checkbox"/> Eiweiss [HP] <input type="checkbox"/> Albumin [HP] <input type="checkbox"/> Ges.Bilirubin [HP] <input type="checkbox"/> Dir.Bilirubin [HP] <input type="checkbox"/> labMELD-Score <input type="checkbox"/> Hemoglobin, freies [HP] <input type="checkbox"/> Hemoglobin, freies [SER] <input type="checkbox"/> CK [HP] 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klinische Chemie <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Natrium [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Kalium [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Chlorid [HP] <input checked="" type="checkbox"/> Calcium [HP] 	140	28.10.2013	
		4.0	28.10.2013	

Gewünschte Analyse(n)
ergänzen...



...und „in Ablage
aktualisieren“

